

本補遺票は、CA450 プロセスマルチメータの取扱説明書（IM CA450-JA 初版）を対象とします。
付属品（アクセサリ） テストリードの変更についての説明です。

	変更前	変更後
3.1 一般仕様 (9 ページ)	テストリード 形名：98015	テストリード 形名：98073
4.2 各部の説明 (14 ページ)	1000V 10A CAT. III /600V CAT. IV	キャップ* 付き： 1000V 10A CAT. III /600V 10A CAT. IV キャップ* なし： 1000V 10A CAT. II /600V 10A CAT. II

This paper supplements the User’s Manual of CA450 (IM CA450-EN 1st Edition).
This paper explains a change in the product accessory (Test leads).

	Previous Test leads	Changed Test leads
3.1 General Specifications (Page 10)	Model 98015	Model 98073
4.2 Components (Page 15)	1000V 10A CAT. III /600V CAT. IV	With Caps*: 1000V 10A CAT. III /600V 10A CAT. IV Without Caps*: 1000V 10A CAT. II /600V 10A CAT. II

Test leads 98073

✳ Caps of Test leads

